

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego syg. PN/06/2014 na zadania pn.:

„ZAKUP USG, SPEKTROFOTOMETRU ORAZ DEMINERALIZATORA DLA SP ZOZ „ŚRÓDMIEŚCIE” W OPOLU”

Dotyczy zad. nr 1, pkt. 6 – Archiwizacja danych na zewnętrznym serwerze (jeden serwer obsługujący obydwie urządzenia).

Pytanie 1:

Prosimy o doprecyzowanie czy wymagany serwer archiwizacji do aparatu USG przeznaczonego na kardiologię ma być w tym samym czasie podłączony do aparatu USG przeznaczonego na ginekologię, czy zamawiający miał na myśli - możliwość podłączenia drugiego urządzenia (tzw. urządzenie kompatybilne)?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga, aby jeden system archiwizacji współpracował z co najmniej dwoma urządzeniami.

Dotyczy zad. nr 3 pkt. 26 – Dostawa i wymiana zużytych części podczas trwania umowy.

Pytanie 2:

Zamawiający wymaga w punkcie 26 specyfikacji „Demineralizatora” dostawy i wymiany zużytych części podczas trwania umowy.

Zużycie filtrów i wkładów do demineralizatora zależy w głównej mierze od ilości produkowanej wody oraz jakości wody wodociągowej. Standardowo przyjmuje się, że wymiana filtrów i części zużywalnych powinna odbywać się co:

- lampa UV wymiana co 3000 h
- moduł RO wymiana co 3 lata
- kapsuła mikro-filtracyjna (mikrobiologiczna) 1 raz na rok
- moduł jonowymienny co 20000 l lub co rok
- filtry wstępne co kwartał

W związku z powyższym proszę o określenie ilości części zużywalnych, jakich Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dostarczył w ciągu 36 miesięcy od daty dostarczenia sprzętu do oczyszczania wody.

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga dostarczenia następującej liczby części zużywalnych:

- lampa UV wymiana co 3000 h – 1 szt./36 miesięcy
- moduł RO wymiana co 3 lata – 1 szt./36 miesięcy
- kapsuła mikro-filtracyjna (mikrobiologiczna) 1 raz na rok – 3 szt./36 miesięcy
- moduł jonowymienny co 20000 l lub co rok – 3 szt./36miesiący
- filtry wstępne co kwartał – 12 szt./36 miesięcy

Dotyczy zad. nr 3.

Pytanie 3:

Zamawiający wymaga dostarczenia do oferty potwierdzenia zgłoszenia wyrobu do Rejestru Wyrobów Medycznych. Sprzęt taki, jak demineralizator wody jest sprzętem laboratoryjnym stosowanym również w laboratoriach chemicznych i w związku z powyższym nie może być opodatkowany 8% VAT-em i nie jest zgłaszany do Rejestru Wyrobów Medycznych.

Oferent zwraca się z prośbą o usunięcie tego zapisu.

Odpowiedź:

Zamawiający miał na myśli dostarczenie w/w dokumentów w przypadku, gdy zgodnie z przepisami prawa takie dokumenty są wymagane. Jeżeli zgodnie z przepisami prawa demineralizator nie wymaga dostarczenia w/w dokumentów, Zamawiający prosi o dokument z informacją, że takie dokumenty nie są wymagane.

PN/06/2014


Dotyczy SIWZ, pkt. 10 – Termin realizacji zamówienia.

Pytanie 4:

W związku z zamiarem udziału w powyższym postępowaniu przetargowym prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, czy termin dostarczenia urządzeń wynosi do 45 dni włącznie?

Odpowiedź:

Tak, termin dostarczenia urządzeń wynosi do 45 dni włącznie.


DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
„ŚRÓDMIEŚCIE” w Opolu
lek. med. Jolanta Essler-Kowalik

Otrzymują:

1. Wg rozdzielnika
2. Strona internetowa
3. SP ZOZ Śródmieście a/a