

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego syg. PN/06/2014 na zadania pn.:

„ZAKUP USG, SPEKTROFOTOMETRU ORAZ DEMINERALIZATORA DLA SP ZOZ „ŚRÓDMIEŚCIE” W OPOLU”

Dotyczy zad. nr 2, pkt. 21 i 22.

Pytanie 1:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie analizatora bez złącza oraz kabla USB? Aparat w zamian za to będzie posiadał złącze RS232 które daje możliwość podłączenie komputera.

Odpowiedź:

Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie analizatora bez złącza oraz kabla USB, ale wyposażonego w złącze RS232 tylko w przypadku, gdy dostarczona będzie w przejściówka RS232 na USB, umożliwiająca podłączenie do komputera.

Dotyczy zad. nr 2 pkt. 2 – Metoda pomiaru.

Pytanie 2:

Czy Zamawiający wymaga aby spektrofotometr miał możliwość oznaczania elektrolitów metodami enzymatycznymi?

Odpowiedź:

Nie, Zamawiający nie wymaga, aby spektrofotometr miał możliwość oznaczania elektrolitów metodami enzymatycznymi.

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
„ŚRÓDMIEŚCIE” w Opolu
lek. med. Jolanta Essler-Kowalik

Otrzymują:

1. Wg rozdzielnika
2. Strona internetowa
3. SP ZOZ Śródmieście a/a