

PN/04/2016

Opole, dnia 30.06.2016r.

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego syg. PN/04/2016 na zadania pn.:

**„ZAKUP DROBNEGO SPRZĘTU MEDYCZNEGO, ŚRODKA  
DEZYNFEKUJĄCEGO I ODCZYNNIKÓW DLA SP ZOZ „ŚRÓDMIEŚCIE”  
W OPOLU”**


**Dotyczy zadania nr 40 RPR Karbon**

**Pytanie:**

Czy zamawiający w pakiecie 40 dopuści test RPR – Karbon test lateksowy, do wykrywania przeciwciał przeciw reaginom syfilisu w surowicy?

**Odpowiedź:**

Zamawiający w pakiecie 40 dopuszcza test RPR – Karbon test lateksowy, do wykrywania przeciwciał przeciw reaginom syfilisu w surowicy, osoczu krwi, wraz z kontrolą ujemną i dodatnią dla każdego zestawu.

**Zastępca Dyrektora**  
SP ZOZ „Śródmieście” w Opolu  
  
**dr Elżbieta Pawłowska**