

Opole, dnia 29.06.2017r.

Dotyczy zapytania ofertowego o syg. ZO/39/2017 na zadanie pn.:

„ZAKUP DROBNEGO SPRZĘTU DLA SP ZOZ „ŚRÓDMIEŚCIE” W OPOLU”

Zadanie nr 2, poz. 2

Pytanie:

Czy Zamawiający w Zadaniu 2, poz. 2 dopuści objętość 300 ul.?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający w Zadaniu 2, poz. 2 dopuści próbówki o objętości min.200 ul – max. 300 ul.

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
„ŚRÓDMIEŚCIE” w Opolu
lek. med. Jolanta Essler-Kowalik