

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
„ŚRÓDMIEŚCIE” W OPOLU
45 – 047 OPOLE, WARYŃSKIEGO 30

Tel/fax. 77 441 20 72

Opole, dn. 03.08.2017 r.

**Sprostowanie ogłoszenia
dot. zapytania ofertowego na zadanie p.n.**

” Zakup i dostawa odczynników, kalibratorów i surowic kontrolnych do analizatora biochemicznego ACCENT 200” - sygnatura ZO/45/2017

Zamawiający informuje, iż dokonał zmiany w treści formularzu ofertowym – załącznik nr 1. Zmiana dotyczy odczynników w zadaniu nr 2, poz. 12, 13, 14:

Poz.12 odczynnik Glukoza.

Jest:

Glukoza /odczynnik ciekły gotowy do użycia, do oznaczania stężenia glukozy w surowicy, osoczu bez odbiałczania oraz w surowicy, krwi pełnej po odbiałczaniu odczynnik konfekcjonowany w pojemnikach dedykowanych do analizatora Accent 200 do bezpośredniego wstawienia na pokład analizatora bez konieczności ich przelewania.

winno być/ zmienia się na:

Glukoza /odczynnik ciekły gotowy do użycia, do oznaczania stężenia glukozy w surowicy, osoczu bez odbiałczania oraz w surowicy, krwi pełnej po odbiałczaniu.

Poz.13 odczynnik Cholesterol HDL met. bezpośrednią.

Jest:

Cholesterol HDL met. bezpośrednią do oznaczania stężenia frakcji HDL cholesterolu w surowicy, osoczu krwi. odczynnik konfekcjonowany w pojemnikach dedykowanych do analizatora Accent 200 do bezpośredniego wstawienia na pokład analizatora bez konieczności ich przelewania.

winno być/ zmienia się na:

Cholesterol HDL met. bezpośrednią do oznaczania stężenia frakcji HDL cholesterolu w surowicy, osoczu krwi.


Poz.14 odczynnik Magnez

Jest:

Magnez zestaw odczynnikowy do oznaczania stężenia magnezu w surowicy, osoczu krwi oraz moczu, odczynnik konfekcjonowany w pojemnikach dedykowanych do analizatora Accent 200 do bezpośredniego wstawienia na pokład analizatora bez konieczności ich przelewania.

winno być/ zmienia się na:

Magnez zestaw odczynnikowy do oznaczania stężenia magnezu w surowicy, osoczu krwi oraz moczu.

Zastępca Dyrektora
SP ZOZ „Śródmieście” w Opolu

dr Elżbieta Pawłowska