

Samodzielny Publiczny
Zakład Opieki Zdrowotnej „Śródmieście” w Opolu
Ul. Waryńskiego 30, 45-047 Opole

Tel. 77/412072, 77/4412073
NIP 7542614268

Opole, dnia 04.12.2018r.

dot.: zapytania ofertowego pn „IGŁY I POZOSTAŁY DROBNY SPRZET
MEDYCZNY” Sygnatura ZO/42/2018

SP ZOZ „Śródmieście” w Opolu odpowiada:

1. Pozycja nr 10:

Jak rozumieć zapis wenflon niebieski 0,8/2,5-0,9/2,50?

Można dostarczyć wenflon niebieski o średnicy 0,8 lub 0,9?

Czy można dostarczać wenflony w opakowaniach zbiorczych po 50 sztuk

Ile opakowań po 50 sztuk należy dostarczyć?

Odpowiedź: Zamawiający ma na myśli wenflon o \emptyset zewnętrznej w przydziale 0,8-0,9 długość 2,5, którego rozmiar oznaczony jest umownie kolorem niebieskim.

Jednocześnie zamawiający informuje, że zamieścił na stronie internetowej sprostowanie co do ilości wenflonów. Prawidłowy zapis odnośnie zadania 1 poz. 10 to:

10	Wenflon niebieski 0,8/2,50 -0,9/2,50	110 szt.
----	--------------------------------------	----------

Zamawiający nie określił wielkości opakowania zbiorczego.

2. Pozycja nr 11:

Jak rozumieć zapis wenflon różowy 1,0/2,5-1,1/3,2?

Można dostarczyć wenflon różowy w rozmiarze 1,0x25 lub 1,1x3,2?

Czy można dostarczać wenflony w opakowaniach zbiorczych po 50 sztuk

Ile opakowań po 50 sztuk należy dostarczyć?

Odpowiedź: Zamawiający ma na myśli wenflon o \emptyset zewnętrznej w przydziale 1,0/ długość 2,5 -1,1/ długość 3,2, którego rozmiar oznaczony jest umownie kolorem różowym.

Jednocześnie zamawiający informuje, że zamieścił na stronie internetowej sprostowanie co do ilości wenflonów. Prawidłowy zapis odnośnie zadania 1 poz. 11 to:

11	Wenflon różowy 1,0/2,50 -1,1/3,2	100 szt.
----	----------------------------------	----------

Zamawiający nie określił wielkości opakowania zbiorczego.

3. Pozycja nr 12:

Jak rozumieć zapis wenflon zielony 1,2/4,5 – 1,3/4,5

Można dostarczyć wenflon zielony o średnicy 1,2 lub 1,3

Czy można dostarczać wenflony w opakowaniach zbiorczych po 50 sztuk

Ile opakowań po 50 sztuk należy dostarczyć?

Odpowiedź: Zamawiający ma na myśli wenflon o \emptyset zewnętrznej w przydziale 1,2 – 1,3 długość 4,5, którego rozmiar oznaczony jest umownie kolorem zielonym.

Jednocześnie zamawiający informuje, że zamieścił na stronie internetowej sprostowanie co do ilości wenflonów. Prawidłowy zapis odnośnie zadania 1 poz. 12 to:

12	Wenflon zielony 1,2/4,5 -1,3/4,5	30 szt.
----	----------------------------------	---------

Zamawiający nie określił wielkości opakowania zbiorczego.

Zamawiający wyraża zgodę na dostarczenie wenflonów bez oryginalnych opakowań zbiorczych.

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
„ŚRÓDMIEŚCIE” w Opolu
lek. med. Jolanta Essler-Kowalik