

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego sygn. PN/03/2019 na zadanie pn.:

**„Zakup sprzętu medycznego dla SP ZOZ „Śródmieście” w Opolu”**

**Pytania:**

**Zadanie 3 pozycja 4 :**

Czy zamawiający dopuści również pomiar w zakresie 7-60 mmHg?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

**Zadanie 3 pozycja 15 :**

Zwracamy się z prośbą o zmianę zapisu z:

„Autoryzacja producenta na serwis i sprzedaż zaoferowanego aparatu USG na terenie Polski,, na

„Autoryzacja producenta na serwis i sprzedaż zaoferowanego tonometru na terenie Polski”.

**Odpowiedź: Zamawiający zmienia w Formularzu Ofertowym zapis dotyczący zad. Nr 3, pozycja nr 15 do treści:**

„Autoryzacja producenta na serwis i sprzedaż zaoferowanego tonometru na terenie Polski”,

oraz w Opisie Przedmiotu Zamówienia zmienia zapis dotyczący zad. Nr 3, pozycja nr 15 do treści:

„Autoryzacja producenta na serwis i sprzedaż zaoferowanego tonometru na terenie Polski”.

DYREKTOR  
Samodzielnego Publicznego  
Zakładu Opieki Zdrowotnej  
„ŚRÓDMIEŚCIE” w Opolu  
lek. med. Jolanta Essler-Kowalik