

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego sygn. PN/03/2019 na zadanie pn.:

„Zakup sprzętu medycznego dla SP ZOZ „Śródmieście” w Opolu”

Zad. 1 - Aparat ultrasonograficzny

Pytanie 1

Czy zamawiający dopuści wysokiej klasy aparat USG posiadający Dynamikę systemu min. 227 dB.?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza. Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 2

Czy zamawiający dopuści wysokiej klasy aparat USG posiadający Zakres częstotliwości pracy USG: od 1,3 MHz do co najmniej 16 MHz ?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza odchylenie zakresu częstotliwości pracy aparatu USG na +/- 1 MHz w stosunku do wartości minimalnych określonych w SIWZ tj. 2 MHz - 17 MHz.

Pytanie 3

Czy zamawiający dopuści wysokiej klasy aparat USG posiadający Regulację głębokości pola obrazowego w zakresie min. 1 - 30 cm ?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zakres głębokości pola obrazowego w zakresie min. 1 – 30 cm.

Pytanie 4

Czy zamawiający dopuści wysokiej klasy aparat USG bez możliwości Wyznaczania wskaźnika Z-Score dla badań kardiologicznych dzieci ?

Odpowiedź:

Zamawiający rezygnuje z wymogu posiadania przez aparat USG możliwości wyznaczania wskaźnika Z-Score dla badań kardiologicznych dzieci.

Pytanie 5

Czy zamawiający dopuści wysokiej klasy aparat USG bez możliwości rozbudowy o opcję badań z kontrastem ?

Odpowiedź:

Zamawiający rezygnuje z wymogu posiadania przez aparat USG możliwości rozbudowy o opcję badań z kontrastem.

Pytanie 6

Czy zamawiający dopuści wysokiej klasy aparat USG bez możliwości rozbudowy systemu o głowice przezprzelykowe ?

Odpowiedź:

Zamawiający rezygnuje z wymogu posiadania przez aparat USG możliwości rozbudowy systemu o głowice przezprzelykowe.

Zad. 4 – Audiometr

Pytanie 1

Czy Zamawiający dopuści do przetargu audiometr bez kolorowego wyświetlacza natomiast sterowany z dołączonego laptopa? Rozwiązanie takie umożliwia wykonywanie badań za pomocą laptopa, którego ekran stanowi wyświetlacz. W laptopie zainstalowany jest program, w którym zapisywane są wyniki badań i dane pacjentów. Możliwe jest też podłączenie laptopa do dowolnej drukarki i wydruk badania.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza rezygnacji z posiadania przez audiometr kolorowego wyświetlacza. Wymagania zgodnie z SIWZ.

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
„ŚRÓDMIEŚCIE” w Opolu
lek. med. Jolanta Esster-Kowalik