

**SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
„ŚRÓDMIEŚCIE” W OPOLU**

45 – 047 OPOLE, WARYŃSKIEGO 30

Tel/fax 77/4412072

Opole, 05.06.2020 r.

dot. postępowania: ZO/16/2020 „Zakup i dostawa nasadek do głowicy USG, szczoteczek ginekologicznych i gazików dezynfekcyjnych dla SP ZOZ „Śródmieście” w Opolu”

SP ZOZ „Śródmieście” w Opolu udziela odpowiedzi na pytanie:

1. Czy Zamawiający miał na myśli **w Pakiecie nr 2**, szczoteczki cytologiczne do jednoczesnego pobierania wymazów z kanału szyjki macicy, tarczy i strefy transformacji, odpowiadające aktualnym wymaganiom zasadniczym dla wyrobów medycznych Ministerstwa Zdrowia zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 12 stycznia 2011r. i Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego dotyczące standardu postępowania w zakresie pobierania rozmazów cytologicznych?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga: Sterylnych szczoteczek umożliwiających pobranie rozmazu cytologicznego jednocześnie z tarczy części pochwowej, kanału szyjki macicy i strefy transformacji, w kształcie wachlarzyka lub miotełki, wykonanych z tworzywa sztucznego, giętkich, bez ostrych wypustek.

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
„ŚRÓDMIEŚCIE” w Opolu
lek. med. Jolanta Essler-Kowalik