

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego sygn. PN/02/2020 na zadanie pn.:

„Zakup sprzętu medycznego dla SP ZOZ „Śródmieście” w Opolu”

Dot. Zad. 2 Rejestrator holtera EKG z oprogramowaniem

pyt.1

l.p.10

Czy Zamawiający dopuści rozmiary rejestratora: 102 x 62 x 24 mm ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza rozmiary rejestratora 102 x 62 x 24 mm.

pyt.2

l.p. -

Czy Zamawiający wymaga aby oprogramowanie do analizy holtera EKG posiadało wspólną bazę pacjentów z innymi modułami kardiologicznymi takimi jak holter ciśnienia, próba wysiłkowa, spirometra, ergosporometria? Jest funkcjonalne podczas pracy i pomocne w przyszłej ewentualnej rozbudowie oraz przy integracji z systemem informatycznym.

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga aby oferowane oprogramowanie do analizy holtera EKG posiadało wspólną bazę pacjentów z innymi modułami kardiologicznymi.

p.o. Dyrektor
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
„Śródmieście” w Opolu
dr hab. Tomasz Halski