

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego sygn. PN/02/2020 na zadanie pn.:

**„Zakup sprzętu medycznego dla SP ZOZ „Śródmieście” w Opolu”**

**Zadanie nr 2 Rjestrator holtera EKG wraz z oprogramowaniem**

**Załącznik nr 1 do umowy - SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

***Pytanie nr 1: (pkt. 4)***

Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy rejestrator holterowski wraz z oprogramowaniem z komunikacją z komputerem: poprzez kabel micro USB, kartę SD i bezprzewodowo?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza zamianę standardu złącza USB.

***Pytanie nr 2: (pkt. 7)***

Czy Zamawiający dopuści rejestrator z wyświetlaczem nowszej generacji typu OLED?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza również ekran typu OLED, pod warunkiem zachowania funkcji opisanych w SIWZ.

***Pytanie nr 3: (pkt. 10)***


Czy Zamawiający dopuści lżejszy i mniejszy o wymiarach 83x60x18 mm rejestrator holter EKG?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza rozmiary rejestratora 83x60x18 mm.

***Pytanie nr 4: (pkt. 11,12)***

Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy rejestrator holterowski wraz z oprogramowaniem zasilany baterią AAA lub akumulatorem najnowszej generacji Li-Poly?

**Odpowiedź:** Zamawiający dopuszcza zasilanie baterią AAA lub akumulatorem Li-Poly pod warunkiem, że czas trwania gwarancji na akumulator Li-Poly będzie równy zaoferowanemu okresowi gwarancji na urządzenie.

Zastępca Dyrektora  
SP ZOZ „Śródmieście” w Opolu  
  
dr. Elżbieta Pawłowska