

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego sygn. PN/02/2020 na zadanie pn.:

„Zakup sprzętu medycznego dla SP ZOZ „Śródmieście” w Opolu”

Zad. 2 Rejestrator holtera EKG z oprogramowaniem – CPV 33123210-3

Pytanie 1

Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy rejestrator holtera EKG z zapisem danych na wbudowanej karcie pamięci i transferem danych do komputera za pomocą kabla miniUSB?

(dotyczy pkt. 3, 4)

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza zapisu danych na wbudowanej karcie pamięci.

Pytanie 2

Czy zamawiający dopuści urządzenie o wymiarach 96 x 65 x 20 mm?

(dotyczy pkt. 10)

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza rozmiary rejestratora 96 x 65 x 20 mm.

Zastępca Dyrektora
SP ZOZ „Śródmieście” w Opolu

dr Elżbieta Pawłowska