


Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego sygn. PN/02/2020 na zadanie pn.:

„Zakup sprzętu medycznego dla SP ZOZ „Śródmieście” w Opolu”

Pytanie:

Czy Zamawiający dopuści rejestrator EKG o wymiarach 96 x 57 x 17,5 mm, szczególnie, że tylko jeden wymiar jest większy o 16 mm od podanego w specyfikacji, pozostałe dwa są mniejsze, odpowiednio o 23 i 12,5 mm. Zaproponowany rejestrator zapewnia równoważną wygodę stosowania zarówno dla personelu medycznego jak i dla pacjenta.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza rozmiary rejestratora EKG o wymiarach 96 x 57 x 17,5 mm.

Zastępca Dyrektora
SP ZOZ „Śródmieście” w Opolu

dr Elżbieta Pawłowska