

**SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
„ŚRÓDMIEŚCIE” W OPOLU**

45 – 047 OPOLE, WARYŃSKIEGO 30

Tel/fax 77/4412072

Opole, 18.05.2021 r.

dot. postępowania: ZO/17/2021 „Zakup kompresów i podkładów medycznych”

SP ZOZ „Śródmieście” w Opolu udziela odpowiedzi na pytania:

Pytania do SWZ:

ZAD. 2: PODKŁAD MEDYCZNY CELULOZOWY

Zwracamy się z prośbą o doprecyzowanie czy Zamawiający wymaga zaoferowania podkładu medycznego na rolce, o średnicy rolki min. 40 mm?

Odpowiedź: Otwór wewnętrzny średnicy rolki musi mieć minimum 40 mm.

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o doprecyzowanie: z ilu warstw bibuły oczekuję podkładu oraz czy podkład ma być podfoliowany?

Odpowiedź: Podkład składający się z 1 warstwy bibuły, niepodfoliowany.

p.o. Dyrektor
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
„Śródmieście” w Opolu

dr hab. Tomasz Małski