

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego sygn. TP/01/2021 na zadanie pn.:

**„ZAKUP, DOSTAWA, MONTAŻ I URUCHOMIENIE URZĄDZEŃ MEDYCZNYCH  
WRAZ Z WYPOSAŻENIEM I OPROGRAMOWANIEM ORAZ WDROŻENIEM  
OPROGRAMOWANIA KOMPUTEROWEGO DO OBSŁUGI URZĄDZEŃ”**

*Pytanie 1: dot.: Zad. 1 - Aparat ultrasonograficzny – CPV 33112200-0, pkt. 13*

Czy Zamawiający dopuści do postępowania przetargowego aparat USG o głębokości pola obrazowego w zakresie 1,5 – 40 cm?

**Odpowiedź:** Zamawiający podtrzymuje zapisy OPZ.

*Pytanie 2: dot.: Zad. 1 - Aparat ultrasonograficzny – CPV 33112200-0, pkt. 16*

Czy Zamawiający dopuści do postępowania przetargowego aparat USG bez kombinacji jednocześnie prezentowanego obrazu B+D+M?

**Odpowiedź:** Zamawiający podtrzymuje zapisy OPZ.

*Pytanie 3: dot.: Zad. 1 - Aparat ultrasonograficzny – CPV 33112200-0, pkt. 25:*

Czy Zamawiający dopuści do postępowania przetargowego aparat USG z zakresem prędkości Dopplera kolorowego 2,99 m/sek.?

**Odpowiedź:** Zamawiający podtrzymuje zapisy OPZ.

*Pytanie 4: dot.: Zad. 1 - Aparat ultrasonograficzny – CPV 33112200-0, pkt. 55*

Czy Zamawiający dopuści do postępowania przetargowego aparat USG posiadający automatyczną optymalizację obrazu tkankowego tylko dla obrazów na żywo?

**Odpowiedź:** Zamawiający podtrzymuje zapisy OPZ.

*Pytanie 5: dot.: Zad. 1 - Aparat ultrasonograficzny – CPV 33112200-0, §5, ust. 4 Umowy*

§5 ust. 4 umowy – Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby zapis przyjął brzmienie:

„Po 2 naprawach tej samej części urządzenia medycznego Zamawiającemu przysługuje prawo wymiany tej części na nową, wolną od wad. Po 3 naprawach tej samej części urządzenia medycznego Zamawiającemu przysługuje prawo wymiany sprzętu na nowy, wolny od wad. W odniesieniu do wymienionego lub naprawionego przedmiotu Dostawy, termin gwarancji biegnie na nowo od chwili dokonania skutecznej naprawy lub zakończenia wymiany, licząc od daty podpisania protokołu odbioru jakościowego owego urządzenia.”?

**Odpowiedź:** Zamawiający utrzymuje brzmienie zapisu Umowy bez zmian.

*Pytanie 6: dot.: Zad. 1 - Aparat ultrasonograficzny – CPV 33112200-0:*

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby czas przystąpienia do naprawy biegł w dni robocze (od poniedziałku do piątku)?

**Odpowiedź:** Zamawiający wyraża zgodę.

*Pytanie 7: dot.: Zad. 1 - Aparat ultrasonograficzny – CPV 33112200-0:*

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie czasu przystąpienia do naprawy do 48 godzin w dni robocze (od poniedziałku do piątku)?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody. Zgodnie z odpowiedzią udzieloną na pytanie nr 6, Wykonawca ma obowiązek przystąpić do naprawy (np. poprzez zamówienie części zamiennych) w ciągu 24 godzin od otrzymania zawiadomienia o usterce w dni robocze, natomiast zgodnie z §5 ust. 7 naprawa lub wymiana urządzenia będzie zrealizowana w terminie nie dłuższym niż 7 dni roboczych.

*Pytanie 8: dot.: Zad. 1 - Aparat ultrasonograficzny – CPV 33112200-0:*

Dot. Zał. Nr 1 do SWZ - Zapis w § 5 pkt. 4 umowy pozwala domagać się Zamawiającemu wymiany urządzenia, jeżeli w okresie gwarancji wystąpi konieczności dokonania trzech napraw gwarancyjnych urządzenia. Regulacja ta niesie za sobą konieczność wymiany sprzętu również w sytuacji, przykładowo, wymiany bezpiecznika bądź zawieszenia się oprogramowania, co, zakładamy, nie jest intencją Zamawiającego. Z tego powodu proponujemy zmianę zapisu na następujący:

„Po 2 naprawach tej samej części urządzenia medycznego Zamawiającemu przysługuje prawo wymiany tej części na nową, wolną od wad. Po 3 naprawach/wymianach tego samego istotnego elementu urządzenia medycznego Zamawiającemu przysługuje prawo wymiany sprzętu na nowy, wolny od wad. W odniesieniu do wymienionego lub naprawionego przedmiotu Dostawy, termin gwarancji biegnie na nowo od chwili dokonania skutecznej naprawy lub zakończenia wymiany, licząc od daty podpisania protokołu odbioru jakościowego owego urządzenia.

**Odpowiedź:** Zamawiający utrzymuje brzmienie zapisu Umowy bez zmian.

*Pytanie 9: dot.: Zad. 1 - Aparat ultrasonograficzny – CPV 33112200-0:*

Dot. OPZ pkt 4 – czy Zamawiający będzie wymagał, aby Ilość niezależnych aktywnych kanałów przetwarzania wynosiła minimum 500 000? Im większa liczba kanałów procesowych, tym system jest bardziej wydajny, szybki i zapewniający lepszą jakość obrazowania.

**Odpowiedź:** Zamawiający podtrzymuje zapis OPZ. Wymagane parametry są wartościami minimalnymi.

*Pytanie 10: dot.: Zad. 1 - Aparat ultrasonograficzny – CPV 33112200-0:*

Dot. OPZ pkt 5 – czy Zamawiający będzie wymagał, aby dynamika systemu wynosiła min. 400 dB? Aparaty charakteryzujące się większą wartością dynamiki wyświetlają w większej ilości odcieni między dwoma pikselami w obrazie o skrajnej jasności.

**Odpowiedź:** Zamawiający podtrzymuje zapis OPZ. Wymagane parametry są wartościami minimalnymi.

*Pytanie 11: dot.: Zad. 1 - Aparat ultrasonograficzny – CPV 33112200-0:*

Dot. OPZ pkt 42 – prosimy o informację o dostawcy systemu medycznego Zamawiającego i/lub podanie ceny, za którą dostawca systemu medycznego zainstalowanego u Zamawiającego dokona podłączenia aparatu do systemu (worklista, transfer obrazów).

**Odpowiedź:** System klasy HIS Optimed NXT firmy Comarch Healthcare.

*Pytanie 12: dot.: Zad. 1 - Aparat ultrasonograficzny – CPV 33112200-0:*

Dot. OPZ pkt 46 – Czy Zamawiający będzie wymagał, aby aparat, oprócz wyjścia USB 2.0, posiadał dodatkowe wyjścia w standardzie min. USB 3.0? Dzięki temu transfer obrazów na nośniki typu pendrive i dyski zewnętrzne będzie kilku-kilkunastokrotnie szybszy, co może mieć duże znaczenie w przypadku zgrywania lub dodatkowej archiwizacji dużego wolumenu danych pacjentów.

**Odpowiedź:** Zamawiający podtrzymuje zapis OPZ. Wymagane parametry są wartościami minimalnymi.

*Pytanie 13: dot.: Zad. 4 - Pulsoksymetry – CPV 33121000-4 dot. pkt. 1:*

Prosimy o dopuszczenie roku produkcji 2020

**Odpowiedź:** Zamawiający podtrzymuje zapisy OPZ.

*Pytanie 14: dot.: Zad. 4 - Pulsoksymetry – CPV 33121000-4 dot. pkt. 5:*

Prosimy o dopuszczenie zakresu pomiaru 30-240 bpm.

**Odpowiedź:** Zamawiający podtrzymuje zapisy OPZ.

*Pytanie 15: dot.: Zad. 4 - Pulsoksymetry – CPV 33121000-4 dot. pkt. 6:*

Prosimy o dopuszczenie PI- wskaźnika perfuzji.

**Odpowiedź:** Zamawiający podtrzymuje zapisy OPZ.

*Pytanie 16: dot.: Zad. 2 - Aparat EKG – CPV 33123200-0 dot. pkt. 3:*

Prosimy o doprecyzowanie co Zamawiający ma na myśli dot. funkcji „[...]czasem zapisu badania”?

**Odpowiedź:** Pod funkcją „czasem zapisu badania” Zamawiający ma na myśli łączne występowanie na wydruku daty i godziny badania.

*Pytanie 17: dot.: Zad. 2 - Aparat EKG – CPV 33123200-0 dot. pkt. 6:*

Czy Zamawiający dopuści aparat EKG z parametrem „Prezentacja na wyświetlaczu 3, 6 lub 12 przebiegów EKG”?

**Odpowiedź:** Zamawiający podtrzymuje zapisy OPZ.

*Pytanie 18: dot.: Zad. 2 - Aparat EKG – CPV 33123200-0 dot. pkt. 7:*

Czy Zamawiający dopuści aparat EKG z parametrem „Wydruk 3, 6 lub 12 przebiegów EKG, drukowanie wybranej grupy”?

**Odpowiedź:** Zamawiający podtrzymuje zapisy OPZ.

*Pytanie 19: dot.: Zad. 2 - Aparat EKG – CPV 33123200-0 dot. pkt. 11:*

Czy Zamawiający dopuści aparat EKG z parametrem: „Pamięć wewnętrzna 400 badań lub możliwość zapisu większej ilości badań na oprogramowaniu do komputerowego EKG dołączanym do urządzenia?”

**Odpowiedź:** Zamawiający wymaga zapisu min. 500 badań w pamięci wewnętrznej, wobec czego Zamawiający podtrzymuje zapisy OPZ.

*Pytanie 20: dot.: Zad. 3 - Holter ciśnienia z oprogramowaniem – CPV 38423000-6 dot. pkt. 2:*

Czy Zamawiający dopuści zakres mierzonego ciśnienia od 30 do 260 mmHg?

**Odpowiedź:** Zamawiający podtrzymuje zapisy OPZ.

*Pytanie 21: dot.: Zad. 3 - Holter ciśnienia z oprogramowaniem – CPV 38423000-6 dot. pkt. 5:*

Czy Zamawiający dopuści zasilanie: 2x AA baterie alkaiczne lub akumulatory?

**Odpowiedź:** Zamawiający podtrzymuje zapisy OPZ.

*Pytanie 22: dot.: Zad. 3 - Holter ciśnienia z oprogramowaniem – CPV 38423000-6 dot. pkt. 8:*

Czy Zamawiający dopuści możliwość podziału doby na 4 podokresy pomiarowe (poranek, dzień, noc, specjalny)?

**Odpowiedź:** Zamawiający podtrzymuje zapisy OPZ dotyczące minimalnej ilości okresów pomiarowych.

*Pytanie 23: dot.: Zad. 3 - Holter ciśnienia z oprogramowaniem – CPV 38423000-6 dot. pkt. 9:*

Czy Zamawiający dopuści pamięć 600 badań?

**Odpowiedź:** Zamawiający podtrzymuje zapisy OPZ.

p.o. Dyrektor  
Samodzielnego Publicznego  
Zakładu Opieki Zdrowotnej  
„Śródmieście” w Opolu  
*dr hab. Tomasz Halcki*