

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
„ŚRÓDMIEŚCIE” W OPOLU
45 – 047 OPOLE, WARYŃSKIEGO 30

Tel/fax 77/4412072

Opole, dn. 18.01.2022 r.

**dot. postępowania: ZO/02/2022 - „Zakup drobnego sprzętu dla SP ZOZ „Śródmieście”
w Opolu”**

SP ZOZ „Śródmieście” w Opolu udziela odpowiedzi na pytanie:

Pytanie:

Dotyczy zadania nr 5.

Czy Zamawiający dopuści wskaźnik do kontroli procesu sterylizacji parowej w temp. 134°C w czasie 3,5 min?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, jednakże wymagany jest zintegrowany wskaźnik klasy 5.

p.o. Dyrektor
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
„Śródmieście” w Opolu
dr hab. Tomasz Łalski